

Vraag en antwoord bij opleiding 'Wijzigingen in mobiliteitshulpmiddelenbeleid vanaf 1 januari 2026'

Datum: 8 december 2025

Vragen over wijzigingen die ingaan op 1 januari 2026

Nr.	Vragen infosessie wijzigingen aan het mobiliteitshulpmiddelenbeleid	Antwoord
1	Waarom is een aankoppelwiel met mechanische handtrapondersteuning (handbike) niet cumuleerbaar met elektronische hoepelondersteuning? Kan er via BTC een uitzondering gevraagd worden?	Een elektronische hoepelondersteuning kan niet gecombineerd worden met een aankoppelwiel. Beide ondersteuningssystemen voor de aandrijving van een manuele rolstoel zijn bedoeld voor het gebruik van zelfstandige verplaatsingen over middellange tot lange afstand. Met de verstrekker dient gekeken te worden welke aanpassing de juiste keuze is om te voldoen aan de noodzaak van de gebruiker. Met de Adviescommissie zijn de cumuls en de-cumuls besproken geweest, net als de budgettaire impact. Er zijn uiteraard valabele argumenten om de cumul wel toe te laten, maar er dienen keuzes gemaakt worden. BTC heeft geen bevoegdheid om de duidelijk afgelijnde regels te herroepen. Elk dossier bij BTC wordt volstrekt individueel beoordeeld. De goedkeuring/weigering bij het ene dossier, schept geen precedent voor een volgend dossier.
2	Aankoppelwielen zijn alleen mogelijk bij manuele actief rolstoel, maar de ICF typering van het aandrijfsysteem zijn incompatibel met de voorwaarden van een actief rolstoel. Want het lopen van korte afstanden staat op ICF 3 en voor actief rolstoel staat het lopen van korte afstanden op 4.	De actief rolstoel moet zijn afgeleverd alvorens het aankoppelwiel kan worden aangevraagd. ZKC kan ook actief rolstoelen toestaan met een ICF typering 3, bv. als de actief rolstoel nodig is voor werk of opleiding.

3	Wordt de cumul van bv. de trekeenheden nog uitgebreid naar bv. manuele modulaire rolstoelen?	Op dit moment is enkel een cumul voorzien met een manuele actieve rolstoel.
4	Hoe ga je om met cardiovasculaire omstandigheden, die er voor zorgen dat je met de bovenste ledematen een zekere inspanningstolerantie hebt?	Het zullen vooral jonge actieve mensen zijn die de aankoppelwielen aanvragen. ZKC heeft de mogelijkheid om een lagere score van deze mensen te accepteren.
5	Wat als iemand met een actief rolstoel een aankoppelwiel met elektrische handtrapondersteuning heeft met typering 3, en de actief rolstoel moet hernieuwd worden, moeten we dan de actief rolstoel weigeren?	Er moet dan rekening gehouden met de vorige verstrekkingen. Actief rolstoel kan wordend verleend vanaf typering 3 voor mensen die werken of school lopen.
6	Kan je als een persoon met een handicap met slijtage aan schouder, maar geen ICF 3 BL in aanmerking komen voor elektrisch aankoppelwiel. Hoe moet dat dan geobjectiveerd worden?	ICF-typeringen zijn niet determinerend. U dient de gebruiker te indiceren naar zijn/haar actuele situatie. Het MV/RAR en motiveringsrapport zullen overtuigend genoeg moeten zijn. Als een mooie tijdslijn wordt aangegeven in het RAR, dan is dat behulpzaam voor de interpretatie van de ZKC. Als er twijfel is bij ZKC zal ZKC de GMD arts of huisarts contacteren.
7	Er is geen budget O&H voorzien voor de aankoppelwielen en/of elektronische trekeenheden. We zien de nood hier wel van in.	Het budget van de manueel actieve rolstoel kan hiervoor aangewend worden.
8	Wat is voor VSB een aangepaste woning om GEEN zitlift te kunnen verkrijgen?	Een aangepaste woning is een woning waarbij inrichtingselementen zijn aangepast om in hoogte te verstellen of zodanig zijn ingericht dat de gebruiker vanuit een (elektronische) rolstoel zaken kan bedienen, vb. een hoog-laag tafel of keuken. De aanpassing van de elektronische binnen/buiten rolstoel met elektrische in hoogte verstelbare zit (prestatie 221074) of met elektrische sta-functie (prestatie 221118) is uitsluitend bedoeld voor een gebruiker voor een gebruiker die woont in een niet aangepaste woning om door deze aanpassing bij de inrichtingselementen te kunnen komen of die nood heeft aan deze aanpassing op een niet of onvolledig aangepaste werkplek of arbeidspost. De functie van een elektrische in hoogte verstelbare zit is omhoog gaan om te kunnen reiken naar bepaalde zaken. Een zitlift dient niet om een woning te betreden. De aanvraag hierrond dient heel goed gemotiveerd te zijn.

9	Bijkomende vraag: zelf al is je woning aangepast, en je hebt een zwakke armfunctie, dan is die opwaartse beweging van de arm nog altijd nodig. En wat met mensen die hun transfer uitvoeren met de zitlift?	Het moet functioneel zijn. Je moet als verstrekker kunnen duiden waarom deze aanpassing nodig is. Het wordt te vaak te eng beschreven als: de woning is niet aangepast. Dit is niet voldoende. Het is een vraag gestuurde methodiek.
10	Waarom is de hernieuwingstermijn 8 jaar?	Voortzetting van het beleid VAPH.
11	Bij jongeren met een evolutieve aandoening geldt hier ook de hernieuwingstermijn van 8 jaar bij een aanvraag van bv. hoepelondersteuning? Vaak kunnen deze jongeren omwille van hun pathologie de hernieuwingstermijn niet uitdoen en dienen ze over te schakelen op een elektronische rolstoel.	Voortijdige hernieuwingen zijn mogelijk bij dergelijke aanpassingen, bv. door pathologische wijziging bij de gebruiker. ZKC zal dergelijke dossiers inhoudelijk beoordelen. Een goede, duidelijke motivering bij de aanvraag van voortijdige hernieuwing is van belang bij de beoordeling.
12	Kunnen we een goedkeuring krijgen als we op voorhand weten dat dit geen 8 jaar zal kunnen gebruikt worden? Pathologieën waarvan we weten dat deze sneller dan 8 jaar zullen evolueren.	Dergelijke redenen mogen geen uitsluiting vormen voor het verstrekken van dergelijke hulpmiddelen. Het is onmogelijk om exact 8 jaar in de toekomst te kijken.
13	Wat gebeurt er met aanpassingen die momenteel via huur via VAPH lopen?	Bestaande beslissingen blijven doorlopen. De huur die nu loopt, zal blijven doorlopen. Nieuwe aanvragen zullen via VSB moeten ingediend worden.
14	Blijven we offertes opmaken na 1/1/2026 voor matrassen, driehoekszit, Focal...zaken die niet met mobiliteit te maken hebben richten aan VAPH ? Of wordt dit ook VSB aub ?	Enkel de hier gepresenteerde hulpmiddelen komen over van het VAPH. Dus enkel aankoppelwielen en trekeenheid en aanpassingen op deze hulpmiddelen. De rest van het hulpmiddelenbeleid blijft bij het VAPH.
15	Moet de hernieuwing van een door het VAPH verstrekt aankoppelwiel of trekeenheid bij VSB of bij VAPH aangevraagd worden?	Vanaf 1 januari 2026 moeten ook de hernieuwingen bij VSB aangevraagd worden.
16	Wordt bij de bepaling van de hernieuwingstermijn rekening gehouden met de datum van aanschaf bij het VAPH.	Ja, hier wordt rekening mee gehouden, de verstrekkingen van aankoppelwielen en trekeenheden bij het VAPH sinds 1 januari 2011 zullen ingelezen worden in de historiek in eMOHM, zodat voor de bepaling van de hernieuwingstermijn hier rekening mee kan worden gehouden.

17 Indien een aankoppeleenheid nu net is goedgekeurd door het VAPH maar deze pas in januari geleverd kan worden. Mag dit dan nog via het VAPH afgeleverd worden of moeten we dit doorsturen naar het VSB? Indien deze naar het VSB doorgestuurd moet worden, moet er dan een nieuwe aanvraag ingediend worden of hoe gaat dit in zijn werk?	Aanvragen voor aankoppelwielen en aankoppeleenheid die vóór 1 januari 2026 bij het VAPH zijn ingediend, worden door het VAPH verwerkt volgens de regelgeving die van toepassing was vóór die datum. Dit geldt op voorwaarde dat het dossier uiterlijk op 31 december 2026 volledig is bij het VAPH. Dus ze worden behandeld, beslist en uitbetaald door het VAPH. <u>Aanvragen vanaf 1 januari 2026</u> Een aanvraag voor een aankoop of een factuur voor herstelling van een van deze hulpmiddelen moet vanaf 1 januari 2026 ingediend worden bij de zorgkas van de gebruiker door een erkende verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen. Dat geldt ook voor een herstelling van zo'n hulpmiddel, ook al werd dat hulpmiddel eerder door het VAPH vergoed. De facturatie en uitbetaling van de tegemoetkoming verloopt dan via een derdebetalersregeling tussen VSB en de verstrekker. Meer informatie over hoe de aanvraag moet ingediend worden, vind je op de website van de VSB. Aanvragen die vanaf 1 januari 2026 bij het VAPH worden ingediend, worden geweigerd omdat ze niet langer tot de bevoegdheid van het VAPH behoren.
18 Gevoel dat bij de beleidskeuzes de verstrekkers en de ALS-liga gehoord zijn, maar de GRAT's niet? Aanvragen voor zitdriewielfietsen met elektrificatie krijgen wij wel vaak.	De beleidswijzigingen worden voorgelegd aan de hele adviescommissie. Daarin zijn alle actoren uit de sector vertegenwoordigd.
19 Momenteel is er een decumul tussen driewielfietsen en de aanpassingen uit 2.9? Ze zullen vanaf hun 14 jaar moeten kiezen voor een mobiliteitshulpmiddel. Bij het verder studeren merken we dat de noden anders zijn dan ervoor.	De aanpassingen die vanaf 1 januari 2026 overkomen zijn uitvoerig besproken op de Adviescommissie naar cumuls en de-cumuls. We starten met deze vooropgestelde regelgeving en zullen de komende periode evalueren waar zich dergelijke noden stellen.
20 Hoe komt het dat er wel tussenkomst is voor een aankoppelwiel met elektronische handtrapondersteuning, maar dat een elektrische ondersteuning voor een driewielfiets nog steeds niet in de prestatielijst is opgenomen?	Dit is wel ter sprake gekomen op de Adviescommissie, maar niet geadviseerd aan de minister. Er is natuurlijk ook een niet onaanzienlijke budgettaire impact.
21 Waarom waren de criteria vroeger OF en nu EN bij de driewielfietsen?	Deze wijziging gebeurt op advies van de Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen. Het voldoen aan één van de voorwaarden werd niet streng genoeg bevonden.

22	Kan het topic "in hoek verstelbare voetplaat bij actief rolwagens" herhaald worden aub? Het wordt dus een aanpassing inbegrepen in het basisproduct? Geen standaard aanpassing	Momenteel kan bij de manueel actief rolstoel (volwassene) (prestatie 220079) en bij de manueel actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene) (prestatie 222975) bijkomend een tegemoetkoming voor de aanpassing in hoek instelbare voetplaten of ééndelige in hoek instelbare voetenplaat (prestatie 220757) aangevraagd worden. Volgens de functionele specificaties voor de onderste ledematen, zoals opgenomen in de prestatie lijst moet de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (volwassene) echter standaard uitgerust zijn met een ééndelige in hoek instelbare voetenplaat of voetbeugel.
23	We merken soms dat mensen wegens morfologie een buitenscooter nodig hebben. Wordt hier geen rekening mee gehouden desondanks de afstanden?	Des te meer informatie en gedetailleerde motivering van de aard, noodzaak, frequentie van de aanvraag van een elektronische scooter, des te meer informatie heeft de ZKC over het dossier van uw gebruiker en het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming.
Vragen over de wijzigingen in de formulieren		
24	Vanaf 2026 moeten alle formulieren getypt zijn. Voor een elektronische scooter moet een medisch voorschrift en RAR ingevuld worden. Geldt deze voorwaarde ook voor het medisch voorschrift?	Voor een aanvraag van een elektronische scooter dient zowel een medisch voorschrift als een rolstoeladviesrapport aanwezig te zijn. Het RAR dient verplicht getypt te zijn. Voor het medisch voorschrift geeft het AVSB ook de voorkeur om dit document getypt op te stellen.
25	Wat wordt er bedoeld met de vraag revalidatie op het rolstoeladviesrapport?	De vraag op het formulier doelt op gehospitaliseerde revalidatie. Ambulante revalidatie valt hier niet onder.
26	Tijdens een revalidatie van een patiënt mag je geen aanvragen meer indienen?	Als de ontslagdatum gekend is, kan een aanvraag ingediend worden voor een mobiliteitshulpmiddel. Hierbij zal de gebruiker eerst in tijdelijke huur een mohm verkrijgen (min. 3m- max. 6 m). Tijdens (gehospitaliseerde) revalidatie (en het eerste jaar na het ontslag), kan het functioneren van de gebruiker nog evolueren, waarbij een wijziging van een mobiliteitshulpmiddel nog kan voorkomen.
27	Kunnen de motivatieverslagen van de verstrekker digitaal worden? Als rolstoeladviesteam hebben we geen zicht op wat de verstrekker uiteindelijk doorstuurt/aanvraagt.	De digitalisering van de formulieren (en vooral het RAR) zit in de scope. Dit vraagt veel IT-ontwikkeling, waardoor het enige tijd zal duren.

28	Telefoonnummer huisarts wordt opgenomen op het medisch voorschrift/aanvraagformulier.	De vraag is afkomstig van ZKC. Bij grondige twijfel in het dossier willen ze contact opnemen met de GMD houdende-arts, omdat er vanuit gegaan wordt dat die het dichtste staat bij de gebruiker en dat deze gemakkelijker kan antwoorden op vragen over het algemeen functioneren van de gebruiker.
29	Het kunnen opzoeken van ingediende aanvragen, beslissingen, goedkeuringen, weigeringen zou heel handig zijn voor RAT's.	Dit zal er echter moeten komen op initiatief van de zorgkassen. Er kan altijd contact opgenomen worden met de zorgkas van aansluiting. Het is wel niet de bedoeling om de hele historie in acht te nemen bij het opmaken van een rolstoeladviesrapport.
30	Welke documenten waren nodig voor de aanvraag van scooter voor palliatief?	Voor een aanvraag van het huurforfait van een elektronische scooter geldt de uitgebreide plus procedure. Voor de aanvraag van het huurforfait van een elektronische binnenscooter geldt de uitgebreide procedure.
31	Productdocumentatie bij nieuwe producten, enkel in het Nederlands? Frans en Duits is niet meer nodig in de toekomst?	Frans en Duits is inderdaad niet meer nodig.
32	Een test van de aandrijfsystemen is verplicht, maar er is geen testrapport?	De resultaten van de test moeten opgenomen worden in het motiveringsrapport en de ZK moeten nagaan of dit het geval is. In de prestatielijst staat omschreven hoe die test er moet uitzien.
33	De wijzigingen zijn niet zo belangrijk in het medisch voorschrift. Moeten de zorgkassen echt aanvragen weigeren als het medisch voorschrift niet met het recente formulier wordt aangemaakt?	Van de rolstoeladviesteams wordt verwacht om de nieuwe voorschriften te gebruiken. Voor de huisartsen wordt het verzoek ook gesteld, maar er zal een uitzondering gemaakt worden indien een huisarts een oud voorschrift (voor 1 jan 2026) nog gebruikt. De zorgkas dient dit niet te weigeren.
34	Moet de standaard rolstoel al aangepast zijn als modulaire voor de aanvraag van een hoepelondersteuning?	Neen, maar de gebruiker moet wel voldoen aan de voorwaarden van een manuele modulaire rolstoel voor een aanvraag hoepelondersteuning gecombineerd met standaard rolstoel in verkoop. Dit zal moeten blijken uit een nieuw MV. Het dossier gaat naar ZKC die inhoudelijk zal beoordelen.
35	Wat als er op 1 januari 2026 nog geen aankoppelwielen of trekeenheden op de lijst staan? Moeten we dan de aanvragen indienen bij BTC?	Zoals het er nu uitziet zullen er van elke prestatiecode op 1 januari 2026 voldoende producten op de lijst staan. Mochten er toch aanvragen ingediend worden bij BTC, dan zal BTC waarschijnlijk weigeren en vragen om te wachten tot het product op de lijst staat